

---

**2025년 제1차  
장비심의위원회 회의록**

---

**영 주 적 십 자 병 원  
총 무 팀**

## 회의록개요

1. 회의명 : 2025년 제1차 장비심의위원회
2. 일시 : 2025. 2. 27.(목) 15:00
3. 장소 : 대회의실
4. 참석자 : 장석 병원장 등 10명

연번	소속	직책	성명	비고
1	-	병원장	장석	위원장
2	관리부	관리부원장	이미연	부위원장
3	의료부	의료부장	김기홍	위원
4	관리부 총무팀	총무팀장	전준현	위원
5	의료부 간호팀	간호팀장	최미라	위원
6	관리부 원무팀	원무팀장	권영훈	위원
7	영주시보건소	의약관리팀장	황순희	위원
9	의료부 진단검사의학과	임상병리실장	최병철	기타참석자
10	의료부 영상의학과	방사선검사실장	최승득	기타참석자

5. 불참자 : 황미자 영주시건강가정다문화가족지원센터장

### 6. 의결결과

- (제1호 의안) 2024년 고위험의료장비 정기예방점검 결과 : 원안 가결
- (제2호 의안) 2024년 의료장비 활용점검 결과 : 원안 가결
  - 활용도 저조장비에 대한 매월 모니터링 실시 및 결과 공유

7. 회의내용 : 붙임 참조

<붙 임>

---

## 2025년 제1차 장비심의위원회

---

### 1. 개회선언(15:00)

- 총무팀장이 장비심의위원회 재적위원 8명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 병원장이 2025년 제1차 장비심의위원회 개회를 선언함.

### 2. 부의 안전 심의

#### (제1호 의안) 2024년 고위험의료장비 정기에방점검 결과

##### (장석 병원장)

- 제1호 의안 2024년 고위험의료장비 정기에방점검 결과를 상정하고, 부의안전에 대한 설명을 총무팀장에게 요청함.

##### (전준현 총무팀장)

- 제1호 의안 2024년 고위험의료장비 정기에방점검 결과에 대하여 '지역거점공공병원 의료장비 심의 및 관리지침', '지역거점공공병원 운영평가 지침서', '2024년 종합감사 결과에 따른 후속 조치'와 관련하여 영주병원 내 심장충격기 등 고위험의료장비 14종 43대에 대한 예방점검 결과는 양호함을 말함. 다만, 재물조사 및 장비등급 분류가 미흡함에 따라 보완 후 재점검 예정임을 추가로 설명하며, 의료장비관리자인 최미라 간호팀장에게 자세한 설명을 요청함.

##### (최미라 간호팀장)

- 2024년 12월중 간호팀 각 부서에 수간호사(의료장비관리자)를 비롯해 유지보수관리업체가 실시했으며, 고위험 의료장비에 대한 고장 및 보수 등을 사전에 예방하여 쾌적한 진료환경을 조성하기 위한 점검임을 말함.

##### (이미연 관리부원장)

- 장비의 등급분류가 미흡한 사유에 대하여 물으며, 현재 진행상황에 대하여 물음.

**(전준현 간호팀장)**

- 장비의 등급 분류는 장비 도입 시 '수입인증서'를 통해 수행하는 데, 개원 이후 현재 시점까지 거의 모든 장비에 대한 등급 분류를 수행하지 않았음을 설명함. 이에, 종합감사 이후 등급 분류를 위해 의료장비공급사와 협력하고 있음을 말하며, 상반기 내 재물조사를 비롯해 완료할 예정임을 말함.

**(이미연 관리부원장)**

- 재물조사 및 장비 등급 분류를 빠른 시일 내 마무리해 의료장비 관리를 철저히 할 것을 주문함.

**(장석 병원장)**

- 위원들에게 동의 여부를 묻자, 모든 위원들이 찬성하고 동의하므로 제1호 의안 2024년 고위험의료장비 정기예방점검 결과가 원안대로 가결되었음을 선포함.

**(제2호 의안) 2024년 의료장비 활용점검 결과**

**(장석 병원장)**

- 제2호 의안 2024년 의료장비 활용점검 결과를 상정하고, 부의안건에 대한 설명을 총무팀장에게 요청함.

**(전준현 총무팀장)**

- 제2호 의안 2024년 의료장비 활용점검 결과에 대하여 '지역거점공공병원 의료장비 심의 및 관리지침', '지역거점공공병원 운영평가 지침서', '2024년 종합감사 결과에 따른 후속 조치'와 관련하여 복강경 등 취득단가 2천만원 이상 장비 80대에 대한 활용도를 점검한 결과임을 말함. 연 1백건 이하 활용 장비에 대해선 '활용도 저조장비'로 분류해 활용도 제고방안을 강구하고, 6개월 간 매월 모니터링을 실시해 향후 이관, 매각 등 처분을 해야함을 추가로 설명함. '활용도 저조장비'에 대한 세부내역을 간호팀, 진단검사의학과, 영상의학과 순으로 설명을 요청함.

**(최미라 간호팀장)**

- 간호팀 소관 의료장비 복강경 등 75대에 대하여 활용도 저조사유 및 향후 조치계획 등 활용도 제고방안을 발표함. 다만, 복강경 및 다이오드레이저는 개원 초기 타 적십자병원으로부터 이관 받은 장비이나, 부속품 등이 미흡함에 따라 현재는 사

용이 불가하며 이관 등 조치가 필요함을 말함. 또한, 인공신장실 내 정수장치는 상시 사용 장비로서, '활용도 저조장비' 리스트에서의 삭제를 의료장비심의위원회 간사에게 요청함.

**(최병철 임상병리실장)**

- 뇌파검사기에 대하여 신경과 필수장비이나 검사인력 등에 부재로 인해, 2024년 활용도는 29건에 불과함을 말함. 향후 신경외과 및 소아청소년과에서도 해당 장비를 활용할 수 있다면 장비 활용도가 제고될 것이라 예상한다고 말함.

**(최승득 방사선검사실장)**

- Portable X-ray 등 4대 의료장비에 대하여 활용도 저조사유 및 향후 조치계획을 설명함. 병원 내 X-ray장비가 모두 구비되어 있음에 따라 코로나19전담병원 운영 시 사용했던 Portable X-ray는 향후 코로나19 등 감염병 발생 시를 대비해 보관하고 있음을 말함. 또한, 체외충격파쇄석기는 2024년 활용도가 76건으로 저조하나, 천준비뇨의학과장 부임 이후 증가되는 추세이며 상주적십자병원과 비슷한 수준으로 활용도가 개선되고 있음을 말함.

**(이미연 관리부원장)**

- Portable X-ray는 영상의학과 유희공간에서 활용할 수 있는 방안에 대하여 물음.

**(최승득 방사선검사실장)**

- 세부 정밀검사 시에는 어렵겠지만, 뼈 위주의 검사 시에는 가능할 것으로 예상됨에 따라 활용방안을 강구하겠다고 말함.

**(이미연 관리부원장)**

- 비뇨의학과 요관경, 전립선 홀몸레이저 수술기, 절제경, 방광노역류역학측정기 및 수술실 유방생검시스템은 기능보강사업에 따른 국비를 유치해 도입한 장비임에도 불구하고, 활용도가 현저히 낮음. 이들 장비는 구체적인 조치계획을 마련한 이후, 철저한 집중관리가 필요함을 말함.

**(최미라 간호팀장)**

- 전담간호사 배치 및 의료진 전문 교육을 실시해 장비 활용도를 제고할 예정임을 말함.

2025. 2. 27.

위 원 장

병원장

장 석

작 성 자

간 사

민 경 호