
**2022년도 제2차
장비심의위원회 회의록**

**영 주 적 십 자 병 원
총 무 팀**

회의록개요

1. 회의명 : 2023년도 기능보강사업 2차 장비보강사업 계획
2. 일시 : 2022. 6. 29.(수) 13:00
3. 장소 : 영주적십자병원 3층 앙리뒤낭홀
4. 참석자 : 김철호 병원장 등 9명

연번	소속	직책	성명	비고
1	-	병원장	김철호	위원장
2	관리부	관리부원장	이미연	부위원장
3	간호팀	간호팀장	손정아	위원
4	총무팀	총무팀장	김찬숙	위원
5	원무팀	원무팀장	권영훈	위원
6	진료부	가정의학과 과장	김부의	위원
7	진료부	내과 과장	김상용	위원
8	영주시보건소	의약관리팀장	박복수	외부위원
9	영주시건강가정다문화 가족지원센터장	센터장	황미자	외부위원

5. 불참자 : 없음.

6. 의결결과

- 의안 : 2023년 기능보강사업 2차 수요사업에 대한 장비심의(안) - 원안대로 가결

7. 회의내용 : 붙임 참조

<붙 임>

2022년도 제2차 장비심의위원회

1. 개회선언 (13:00)

- 총무팀장이 장비심의위원회 9명중 9명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 병원장이 2022년도 제2차 장비심의위원회 개회를 선언함.

2. 안건 협의

안건 : 2023년 기능보강사업 2차 장비보강 계획

(김철호 병원장 직무대리)

- 안건 '2023년 기능보강사업 2차 장비보강 계획'을 상정함. 세부 내용에 대하여 총무팀장에게 설명을 요청함

(김찬숙 총무팀장)

- 안건에 대하여 폐기능검사기 등 3종 구매 필요성을 설명하고, 호흡기내과 △폐기능검사기, 건강증진센터 △위내시경 △대장내시경의 경우 교체 장비로 기존 장비 활용방안에 대해 설명함.

(이미연 관리부원장)

- 폐기능검사기는 기존 개원 당시 도입된 장비가 있음에도 신규 구매해야 하는 사유에 대해 물음.

(김찬숙 총무팀장)

- 2017년에 BTL장비로 도입된 폐기능검사기가 있으나, 이는 기본적인 FVC 폐기능 검사 기능만 있어 보유한 사양으로는 활용도가 낮으며, 신규 장비를 도입함으로써 기본 폐기능검사 외에도 약 10가지 검사를 정확하고 세밀하게 진행할 수 있어 활용도가 몹시 높음을 강조함.

(박복수 의약관리팀장)

- 위내시경 기존 9대, 대장내시경은 4대를 보유하고 있음에도, 추가 구매해야 하는 사유를 물음.

(김찬숙 총무팀장)

- 위내시경 9대 중 4대와 대장내시경 4대 중 2대는 2017년에 도입된 장비로 연식이 오래되어 장비 내구성이 낮아진 상태이며, 스코프 특성상 잘 구부러져야 원활한 진료가 가능하나, 잘 구부러지지 않아 진료에 큰 어려움을 겪고 있음을 설명함. 또한 내시경실 진료 특성상 한번 진료하면 세척 후 소독 소요시간이 필요하여 신속한 진료를 위해 여분의 스코프가 필요함을 강조함.

(김철호 병원장 직무대리)

- 위원들에게 기타 다른 의견이 있는지 묻고 특별한 의견이 없어 폐회 동의를 요청하자 모든 위원이 찬성 하므로 2022년도 제2차 장비심의위원회 폐회를 선언함.

3. 폐회선언 (13:30)

<의료장비 선정(안) 내역>

(단위 : 백만원)

구분	용도	필요대수	단가	총액
계		5		332
AutomaticSpirometer	폐기능검사기	1	132	132
Gastrofiberscope	위내시경	3	50	150
Colonfiberscope	대장내시경	1	55	55

위 원 장

병원장(직무대리)

김 철 호

(인)

작 성 자

구 매 담 당

고 대 호

(인)